



Примечание:

В соответствии с рекомендациями завода-изготовителя, чувствительный элемент термометра погружают в ИТ на глубину  $(1/3-2/3)D$ .

$1/3D=29,6\text{мм}$ ;  $2/3D=59,3\text{мм}$ ;

$29,6\text{мм} < 48,5\text{мм} < 59,3\text{мм}$ .

						100.17-021-АТС	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Погн.	Дата		1.7